

报 告 内 容

样品名称/批号: 氯吡啶酰胺

仪器型号: N/A

色谱柱: PolyChiral OZ-R

溶 剂: EtOH

规 格: 250*4.6mm, 5 μ m


柱 温: 25 $^{\circ}$ C

柱 压: N/A

波 长: 280nm

流 速: 0.8ml/min


1、SS、SR、RS、RR 混样谱图




压力[bar]	保留时间[min]	塔板数	分离度	拖尾因子	峰面积[mAU*s]	峰面积[%]	峰高[mAU]
	4.966	2316		1.034	1383.890	1.307	84.288
	18.172	10408	23.43	1.023	22858.232	21.581	800.737
	19.254	9993	1.46	0.969	26053.125	24.598	855.021
	21.456	5254	2.25	1.052	29010.926	27.390	638.597
	23.459	8105	1.80	1.101	26610.566	25.124	625.518

87.1


2、SS 对照谱图




3、SR 对照谱图



4、RS 对照谱图




5、RR 对照谱图



压力[bar]	保留时间[min]	塔板数	分离度	拖尾因子	峰面积[mAU*s]	峰面积[%]	峰高[mAU]
	4.863	3064		1.349	272.342	0.581	19.924
	21.106	6490	23.18	0.840	326.920	0.698	8.537
	22.644	9842	1.57	1.122	46255.645	98.721	1228.440
81.5							

6、空白谱图



结论:

样品分析结果如上，SS 与 RS 未能基线分离

*******报告结束*******