

## 乙醇中的挥发性物质样品分析报告

### 1、仪器

仪器: GC9790

### 2、色谱柱

名称: PLOT GDX-102

最高使用温度: 200℃

规格: 30m×0.32mm×20um

### 3、检测条件

柱温: 150℃ (0.1min) to 230℃ at 10℃/min

柱前压: 0.08mpa

汽化温度: 220℃

FID检测温度: 230℃

### 4、实验结果

样品: 乙醇中的挥发性物质

